

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ  
nr. 17/03897 din 21.11.2017

**Denumirea autorității contractante:** Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
**Tip procedură achiziție:** Licitație publică  
**Obiectul achiziției:** Ustensile și echipament de laborator pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale  
**Cod CPV:** 38430000-8

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

**Nr.: 93 din 21.11.2017.**

În scopul achiziționării "**Ustensile și echipament de laborator pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Buget propriu**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>1</b>		<b>Cuțit</b>			
1.1	38430000-8	Cuțit pentru recoltarea probelor	Bucată	46.00	pentru recoltarea probelor, inox
<b>2</b>		<b>Foarfece</b>			
2.1	38430000-8	Foarfece	Bucată	46.00	pentru recoltarea probelor, inox, curbe
<b>3</b>		<b>Penseta</b>			
3.1	38430000-8	Pensetă	Bucată	46.00	pentru recoltarea probelor, inox
<b>4</b>		<b>Tăvi</b>			
4.1	38430000-8	Tăvi	Bucată	46.00	Tăvi din inox, împărțite în 50 de pătrate care să poată conține fiecare din ele eșantioane de carne sau alte ustensile cu garanții echivalente privind trasabilitatea eșantioanelor. Tăvile, cât și pătratele sunt necesar să fie din inox, admise tăvi cu 50 de godeuri fix.
<b>5</b>		<b>Blender de laborator</b>			
5.1	38430000-8	Blender de laborator	Bucată	46.00	Tocător de carne sau blender dotat cu o lamă ascuțită de tocat Se admite și de uz casnic, principal ca camera de mărunțit să corespundă volumului necesar pentru a mistui nu mai mult 100gr. de mușchi, să fie disponibilă pentru curățire mecanică și spălări cu scopul de a lipsi pierderile de țesut muscular a probei în rezultatul preluclării
<b>6</b>		<b>Agitator magnetic cu încălzire</b>			
6.1	38430000-8	Agitator magnetic cu încălzire	Bucată	46.00	VViteza de agitare : 250-1250 rpm Dimensiunile platformei d = 160 mm Temperatura reglabilă de încălzire de la + 30°C până la +330°C ; Cantitate de agitare (H2O) –min 5 litri - max 15 litri, dotat cu o placă pentru încălzire cu temperatură reglabilă din material rezistent la coroziune, se livrează cu magnet acoperit cu teflon, cu o lungime de min 5 cm
<b>7</b>		<b>Tuburi conice</b>			
7.1	38430000-8	Tuburi conice	Bucată	46.00	tub din sticlă, conic, capacitate de cel puțin 2 litri, prevăzute, de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	38430000-8	Tuburi conice	Bucată	46.00	preferință, cu robinete de siguranță din teflon
<b>8</b>		<b>Stativ suport</b>			
8.1	38430000-8	Stativ suport	Bucată	46.00	cu inele cu diametrul min 10-11 cm , ce se poate fixa pe tija suportului
<b>9</b>		<b>Sită</b>			
9.1	38430000-8	Sită	Bucată	46.00	finețea ochiului de 180 microni, cu un diametru exterior de 11 cm, prevăzute cu o plasă din oțel inoxidabil
<b>10</b>		<b>Pîlnie</b>			
10.1	38430000-8	Pîlnie	Bucată	46.00	diametrul interior de cel puțin 12 cm, destinata sitelor
<b>11</b>		<b>Pahare de laborator</b>			
11.1	38430000-8	Pahare de laborator	Bucată	46.00	din sticlă cu o capacitate de 3 litri
<b>12</b>		<b>Eprubete din sticlă</b>			
12.1	38430000-8	Eprubete din sticlă	Bucată	92.00	sticle, gradate cu o capacitate de 50-100 ml. sau tuburi de centrifugare
<b>13</b>		<b>Trichineloscop/Stereomicroscop</b>			
13.1	38430000-8	Trichineloscop/ Stereomicroscop	Bucată	46.00	a. Este necesar de Stereomicroscop cu mărire continuă de la 15 la 40.; b. Se solicită oferta de Stereomicroscop cu amplificări 40x. c. Este obligatorie iluminare de jos în sus a Stereo-microscopului; cu lumină transmisă diasopic cu intensitate reglabilă
<b>14</b>		<b>Plăci Pétri</b>			
14.1	38430000-8	Plăci Pétri	Bucată	92.00	cu diametrul min 9 cm, al caror fund este divizat în pătrate de examinare 10x10 mm cu ajutorul unui instrument ascuțit
<b>15</b>		<b>Cuvă acrilică pentru numărarea larvelor</b>			
15.1	38430000-8	Cuvă acrilică pentru numărarea larvelor	Bucată	46.00	format din plăci (pereții) acrilice cu o grosime de 3 mm cu următoarele caracteristici următoarele caracteristici: -fundul bazinului: 180x40 mm impartit in patrate. -placi laterale 230x20 mm -placi frontale 40x20 mm. Fundul si placile frontale trebuie fixate intre placile laterale astfel incat sa formeze 2 mici manere pe cele 2 extremitati. Partea superioara a fundului trebuie sa se ridice la 7 – 9 mm fata de baza cadrului format de placile laterale si frontale.
<b>16</b>		<b>Folie de aluminiu</b>			
16.1	38430000-8	Folie de aluminiu	Bucată	46.00	1 buc=1 rulou min 20 m
<b>17</b>		<b>Acid clorhidric</b>			
17.1	33696300-8	Acid clorhidric	Litru	10.00	Acid clorhidric certificat, concentrație 25-37 %
<b>18</b>		<b>Pepsină</b>			
18.1	24931250-6	Pepsină	Kilogram	5.00	concentrație: 1:10 000 NF (US National Formulary) corespunzând la 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia), corespunzând la 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), sau pepsină lichidă stabilizată cu minimum 660 de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
18.1	24931250-6	Pepsină	Kilogram	5.00	unități din Farmacopeea europeană pe ml Ambalaj 50g -100g.
<b>19</b>		<b>Cântar</b>			
19.1	38430000-8	Cântar	Bucată	46.00	precizie de cel puțin 0,1 gr, electronic
<b>20</b>		<b>Pubele metalice</b>			
20.1	38430000-8	Pubele metalice	Bucată	92.00	capacitate de 10-15 litri pentru recoltarea sucurilor digestive rămase
<b>21</b>		<b>Pipete 1ml</b>			
21.1	38430000-8	Pipete 1ml	Bucată	92.00	1 ml
<b>22</b>		<b>Pipete 10 ml</b>			
22.1	38430000-8	Pipete 10 ml	Bucată	92.00	10 ml
<b>23</b>		<b>Pipete 25 ml</b>			
23.1	38430000-8	Pipete 25 ml	Bucată	92.00	25 ml
<b>24</b>		<b>Suport pentru pipete</b>			
24.1	38430000-8	Suport pentru pipete	Bucată	92.00	polipropilen
<b>25</b>		<b>Termometru</b>			
25.1	38430000-8	Termometru	Bucată	46.00	precizie de 0,5 °C cu o scară de la 1 la 100 °C
<b>26</b>		<b>Sifon</b>			
26.1	38430000-8	Sifon	Bucată	46.00	pentru apa de la robinet
<b>27</b>		<b>Termometru cu fascicul infraroșu</b>			
27.1	38430000-8	Termometru cu fascicul infraroșu	Bucată	46.00	Acest mijloc de măsurare (instrument), trebuie să îmbine în sine capacitatea de măsurare a valorilor termice prin: 1. Scanarea cu infraroșu - fără contact a suprafețelor; 2. Contact direct - măsurarea valorilor termice din interiorul produselor (refrigerate, congelate și lichide) prin intermediul sondei de penetrare. Dispozitivul trebuie să fie echipat și cu un burghiu, care la necesitate să poată fi conectat la dispozitiv pentru forarea produselor alimentare congelate și ulterior verificarea valorilor termice din interiorul produsului. Caracteristicile pentru metoda de măsurare a valorilor termice prin infraroșu: • Limitele de valori termice apreciate prin metoda infraroșu trebuie să fie: de la minus 50 C până la plus 300 C; • Rata de măsurare: 0.5 sec; • Distanța până la suprafața măsurată: minim de 6-10 metri. Caracteristicile pentru metoda de măsurare a valorilor termice prin contact direct (prin intermediul sondei de penetrare): • Limitele de valori termice apreciate prin metoda de contact direct trebuie să fie: de la minus 50 C până la plus 300 C; • Rata (răspunsul) de măsurare trebuie să fie de maxim 1.25 sec. Dispozitivul trebuie să fie dotat cu un ecran tip LCD cu afișaj electronic. Termenul de garanție a

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
27.1	38430000-8	Termometru cu fascicul infraroșu	Bucată	46.00	dispozitivului minim 24 luni. Trebuie să dispună de un certificat de verificare /etalonare metrologică de tip UE. Dispozitivul de măsurare trebuie să fie compatibil cu HACCP și certificat în concordanță cu EN 13485.

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

45 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat

DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere. Forma 3.4. Original.	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea listei fondatorilor. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	Da
3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Licență de activitate, sau Autorizația de funcționare, sau alt document confirmativ. Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Declarație de conformitate (CE) sau alte standarde relevante privind calitatea bunurilor oferite. Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	Nu
7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	Nu
8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.5)	Da
9	Oferta	Specificații tehnice (Forma 4.1). Specificații de preț (Forma 4.2). Original	Da
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului 3.3. Original.	Da
11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
15	Garanție pentru ofertă (1% din suma ofertei fără TVA)	Garanție bancară conform formularul 3.2 (original) sau Ordin de plată pentru transfer (copie)	Da
16	Formularul ofertei F3.1	Original	Da
17	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont.	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
18	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor**

Adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

Tel.: **022-29-47-26**, Fax: **022 29 47 30**, E-mail: **olga.cebotari@ansa.gov.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEBOTARI OLGA, Economist principal Direcția Patrimoniu și management intern**

**Setul de documente** poate fi primit la adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63, bir.103.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

**NOTĂ:** Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **20.12.2017 10:00**

pe adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

**Ofertele întârziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 30 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **20.12.2017 10:00**

pe adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

GABERI GHEORGHE \_\_\_\_\_